

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị chuyên dụng

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam là đơn vị Tư vấn cấu hình, thông số kỹ thuật trang thiết bị y tế, hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu nhận báo giá hàng hoá, trang thiết bị để tham khảo và xây dựng danh mục, cấu hình kỹ thuật thiết bị y tế cho Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế (do Agribank Sơn La tài trợ) của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La;

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị chuyên dùng có khả năng và nhu cầu cung ứng hàng hoá thiết bị đề nghị cung cấp báo giá với các nội dung như sau:

- Tên hàng hoá, ký mã hiệu, hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hoá thiết bị (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp.

- Cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác chứng minh thông số kỹ thuật

- Cung cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm (nếu có).

- Giá báo giá cụ thể của hàng hóa, ghi rõ thuế xuất giá trị gia tăng.

- Giấy phép lưu hành/ giấy phép nhập khẩu (nếu có)

- Thời gian bảo hành của hàng hóa.

Thời hạn nhận báo giá: Từ 08/05/2024 đến trước 16h30, ngày 18/05/2024

Hình thức nhận báo giá:

- **Nhận trực tiếp tại địa chỉ:** Công ty Cổ phần VTM Việt Nam. Địa chỉ: 15/255 Đường Hoàng Mai, TP Hà Nội;

- **Nhận trực tuyến tại địa chỉ:** Email: congtycophanvtm@gmail.com

Mọi thắc mắc liên hệ: anh Hà Văn, số ĐT: 097 106 2286

Yêu cầu chào giá: 01 bộ hồ sơ bản cứng hoặc bản mềm(file qua Email).

Trên đây là một số nội dung yêu cầu chào giá, kính mong các đơn vị có khả năng và nhu cầu cung cấp trong thời gian sớm nhất.

Danh mục thiết bị xin báo giá được đính kèm công văn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đăng tải tại địa chỉ: <https://vtm.pro.vn/>



Nguyễn Thị Hương

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THIẾT BỊ

*Kèm theo báo giá số: 05.07/BG-VTM, ngày 07 tháng 05 năm 2024 của
Công ty Cổ phần VTM Việt Nam*

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng
1	Hệ thống CT Scanner \geq 128 lát cắt/ vòng quay.	Hệ thống	01
2	Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ EO \geq 200 lít.	Máy	01
3	Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma \geq 150 lít.	Máy	01
4	Máy rửa khử khuẩn 2 cửa \geq 350 lít	Máy	01

PHỤ LỤC 2
YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN

Kèm theo báo giá số: 05.07/BG-VTM, ngày 07 tháng 05 năm 2024 của Công ty Cổ phần VTM Việt Nam

1. Hệ thống CT Scanner ≥ 128 lát cắt/ vòng quay

TT	Yêu cầu
1	Yêu cầu chung
	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Nguồn điện cung cấp: 3 pha 380V/240V(±10%); 50 Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 60%
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Hệ thống máy chính bao gồm:
	Khung máy 01 bộ
	Bóng phát tia 01 bộ
	Tủ điện cao thế 01 bộ
	Detector 01 bộ
	Bàn bệnh nhân 01 bộ
	Bộ máy thu nhận, điều khiển và xử lý ảnh, bao gồm 2 màn hình LCD 19" 01 bộ
	Camera AI: Cho phép tự động phát hiện mốc và định tâm bệnh nhân tự động được tích hợp cho luồng công việc thông minh trong thu nhận và xử lý. 01 bộ
	Trạm làm việc cao cấp chuyên cho CT: bao gồm 2 màn hình LCD 01 bộ
	Ứng dụng chụp tổng quát:
	Phần mềm / chức năng chụp cho nhi khoa, trẻ nhỏ 01 bộ
	Các tính năng chụp đầy đủ cấp cứu, chấn thương,... 01 bộ
	Chuẩn kết nối DICOM 01 bộ
	Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hồng và sửa máy từ xa 01 bộ
	Phần mềm/ chức năng tái tạo và xem ảnh thể tích (3D) 01 bộ
	Phần mềm/ chức năng nội soi ảo cấu trúc chứa khí và xoang 01 bộ
	Phần mềm/ chức năng tạo hình ảnh không gian 3 chiều bề mặt 01 bộ
	Phần mềm/ chức năng tạo hình ảnh theo các mặt nghiêng và cong 01 bộ

	Phần mềm/ chức năng chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm thuốc cản quang	01 bộ
	Phần mềm tái tạo thể tích	01 bộ
	Phần mềm tái tạo đa mặt phẳng trực tiếp	01 bộ
	Phần mềm hợp nhất nhiều cấu trúc	01 bộ
	Phần mềm/chức năng điều chỉnh liều tia tự động	01 bộ
	Phần mềm / chức năng xử lý ảnh nâng cao:	
	Phần mềm / chức năng tái tạo lạp (dựa trên dữ liệu thô)	01 bộ
	Phần mềm / chức năng chụp và phân tích mạch nâng cao, xóa xương tự động	01 bộ
	Phần mềm giảm nhiễu ảnh do kim loại	01 bộ
	Phần mềm/ chức năng ứng dụng chuyên chụp tim	01 bộ
	Phần mềm/ chức năng ứng dụng phân tích tim và mạch vành	01 bộ
	Phần mềm/ chức năng ứng dụng phân tích chức năng tim	01 bộ
	Phần mềm phân tích nốt phổi tự động	01 bộ
	Phần mềm / chức năng phân tích nhu mô phổi nâng cao	01 bộ
	Thiết bị phụ trợ:	
	Bộ Intercom để giao tiếp với bệnh nhân	01 bộ
	Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy	01 bộ
	Phụ kiện định vị bệnh nhân	01 bộ
	Bộ theo dõi điện tim tích hợp ứng dụng chụp CT mạch vành tim	01 bộ
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt	01 bộ
	UPS online 6kVA cho máy tính chủ	01 cái
	Bộ kết nối mạng nội bộ (Switch) 8 cổng, tốc độ 1Gbps	01 cái
	Máy in phim	01 cái
	Máy bơm tiêm 2 nòng	01 cái
	Áo chì	

2. Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ EO ≥ 200 lít

TT	Yêu cầu
1	Yêu cầu chung
	<ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%.- Sản xuất từ năm 2023 trở về sau.- Nguồn điện cung cấp: 220V($\pm 10\%$)/50Hz.- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương- Môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 35^{\circ}\text{C}$+ Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	<ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 01 chiếc- Bộ đầu rò: 01 bộ- Bộ ống dẫn khí EO: 01 bộ- Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc- Bộ giá đặt mẫu: 01 bộ- Bộ phụ kiện chuẩn theo hãng: 01 bộ- Bộ kit sử dụng theo máy: 01 bộ- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, Việt: 01 bộ

3. Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma ≥ 150 lít

TT	Yêu cầu
1	Yêu cầu chung
	<ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%.- Sản xuất từ năm 2023 trở về sau.- Nguồn điện cung cấp: 220V($\pm 10\%$), 50Hz- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương- Môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ: 5-40$^{\circ}\text{C}$+ Độ ẩm: 0-95%RH (Không ngưng tụ)
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	<ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 01 Chiếc- Giỏ đựng: 01 cái

<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình theo dõi: 01 Cái - Bảng chỉ thị hóa học: 01 cuộn - khay chứa: 02 khay - Máy in nhiệt tích hợp: 01 máy - Giấy in nhiệt tích hợp: 01 cuộn - Chất khử trùng : 01 lọ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ
--

4. Máy rửa khử khuẩn 2 cửa ≥ 350 lít

TT	Yêu cầu
1	Yêu cầu chung
	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện cung cấp: 220V ($\pm 10\%$), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ: $\geq 35^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	<ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 chiếc - Cửa: 02 Chiếc - Màn hình: 01 Chiếc - Giá đỡ: 6 Chiếc - Bộ phụ kiện chuẩn theo hãng: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, Việt: 01 bộ.